

Słupsk 16.10.2020 r.

Nr sprawy: MOPR.XIII.2611.08.2020

Zamawiający
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
w Słupsku
Ul. Słoneczna 15D
76-200 Słupsk

WYKONAWCY

Wyjaśnienia

dotyczy: na dostawę sprzętu rehabilitacyjnego w ramach projektu „Dzieciom, rodzicom, seniorom - usługi społeczne dla mieszkańców Słupska”

Pytanie nr 1

Zwracam się z zapytaniem czy wyrażają Państwo zgodę na dopuszczenie do zapytania ofertowego przedmiotu jakim jest wózek spełniający wszystkie wymagania zawarte w OPZ : dopuszczalne obciążenie 140 kg, rama aluminiowa malowana proszkowo, bez belki poprzecznej pomiędzy uchwytami. Ze względu na konstrukcję wózek posiada odpowiednią sztywność Wózek spełniający wymagania zapisane w SIWZ obecnie został wycofany przez producenta z produkcji.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza w/w wózek

Pytanie nr 2

Wózek, który został opisany przez Zamawiający jest już wycofany z oferty producenta i niedostępny na polskim rynku. Czy w związku z powyższym Zamawiający dopuści opisany poniżej wózek

Wózek inwalidzki jest sprzętem pomocniczo-rehabilitacyjnym przeznaczonym dla osób niepełnosprawnych. Dynamic jest lekkim, nowoczesnym wózkiem aluminiowym wykonanym przy zastosowaniu zaawansowanych technologii. Dzięki niskiej wadze, zastosowaniu krzyżakowej konstrukcji oraz kół tylnych z „szybkozłączkami” bez trudu można go składać i przewozić w samochodzie. „Szybkozłączki” to system do szybkiego demontażu kół tylnych (za pomocą jednego przycisku). Miękkie nylonowe siedzisko jak również oparcie oraz dodatkowa poduszka gwarantują zarówno komfort użytkownika jak również możliwość utrzymania wózka w należytym stanie higienicznym. Dzięki bogatemu wyposażeniu (pas bezpieczeństwa, hamulec dla prowadzącego i pacjenta, odpinana poduszka do siedzenia) i bardzo solidnemu standardowi wykonania, wózek będzie niezwykle praktyczny i pomocny w życiu codziennym osoby niepełnosprawnej lub osoby mającej problem z narządem ruchu.

Dzięki bardzo bogatemu wyposażeniu (hamulec dla opiekuna, hamulec dla pacjenta, regulacja środka ciężkości, regulacja wysokości „rączek” dla opiekuna, uchylne podłokietniki z regulacją wysokości, mini koła dojazdowe, kółka anty-wywrotne z regulacją wysokości, pas bezpieczeństwa, odpinana poduszka do siedzenia) i bardzo solidnemu standardowi wykonania, wózek będzie niezwykle praktyczny i pomocny w życiu codziennym osoby niepełnosprawnej lub osoby mającej problem z narządem ruchu.



Informacje o produkcie

- nowoczesny design
- składana, lekka aluminiowa rama o konstrukcji krzyżakowej
- miękkie, nylonowe siedzisko i oparcie (torba/kieszeń na oparciu)
- miękka dodatkowa poduszka do siedzenia
- uchylne i odpinane podnóżki z regulacją wysokości
- podnóżki zaopatrzone w pasy zabezpieczające stopy
- podnóżki wyposażone w dodatkowy pas podtrzymujący tydki
- uchylne, odpinane podłokietniki
- pas biodrowy zabezpieczający przed wypadnięciem
- koła przednie bezobsługowe
- koła tylne pełne lub pneumatyczne (pompowane) z „szybkozłączkami” (system szybkiego demontażu za pomocą jednego przycisku)
- regulacja wysokości kół przednich i tylnych
- podwójny system hamowania (dla pacjenta i dla opiekuna)
- stopki dla opiekuna umożliwiające wspomaganie podnoszenia wózka stopą (podjazdy na krawężnik)
- elementy odblaskowe w tylnych kołach
- pompka w zestawie (dot. kół pompowanych)
- kolor ramy: Srebrny metalic

Parametry techniczne

- **maksymalne obciążenie:** 135kg
- **szerokość siedziska:** 41cm, 43cm, 46cm, 48cm, 50cm
- **waga:** 16kg
- **koła przednie:** bezobsługowe pełne: 18x4,5cm (7"x 1-3/4")
- **koła tylne:** pełne lub pneumatyczne (pompowane): 61x2,5cm (24"x1")
- **podłokietniki:** uchylne, materiał PU
- **podnóżki:** zdejmowane, odchylane, z regulacją wysokości
- **wymiary zewnętrzne całkowite:** 104x60-60x95cm

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza w/w wózek

Pytanie nr 3

W podanym opisie napisane jest, że fotel powinien posiadać cztery skrętne kółka (dwa wyposażone w hamulce), co wyklucza się z wymogiem aby fotel był bez kółek. W związku z tą omyłką pisarską proszę o dopuszczenie naszej propozycji fotela toaletowego, sanitarnego - bez kółek

Odpowiedź:

Zamawiający zamawia fotel bez kółek.

Pytanie nr 4

W podanym opisie napisane jest, że fotel powinien posiadać cztery skrętne kółka (dwa wyposażone w hamulce), co wyklucza się z wymogiem aby fotel był bez kółek. W związku z tą omyłką pisarską proszę o dopuszczenie naszej propozycji fotela toaletowego, sanitarnego - bez kółek.

Odpowiedź:

Zamawiający zamawia fotel bez kółek.

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
w Słupsku
Marcin Treder

